

令和 7 年度輸入小麦に係る重金属、カビ毒及び残留農薬等検査業務仕様書

1 業務の目的

世界の食料需給は、ひっ迫と緩和が繰り返されており、今後もこのような状況が続くことが予想される。こうした中、引き続き小麦の安定的な輸入を確保するためには、輸入先国及び銘柄の多角化を図ることが重要と考えられる。このため、代替輸入先国と考えられる国で生産された小麦及び代替輸入銘柄と考えられる小麦に含まれる重金属、カビ毒及び残留農薬等の実態を把握することを目的として、精度管理された検査機関で検査を行う。

2 実施期間

契約締結日から令和 8 年 2 月 24 日（火）までとする。

3 業務内容

(1) 検査項目

別紙 1 「令和 7 年度輸入小麦に係る重金属、カビ毒及び残留農薬等検査項目リスト」に記載されているとおり。

(2) 試料

検査用試料は、農林水産省農産局長（以下「発注者」という。）が指定する者（以下「試料輸入者」という。）が輸入する別紙 2 「令和 7 年度輸入小麦に係る重金属、カビ毒及び残留農薬等検査業務に係る検査用試料」の小麦とする。

請負者は、試料輸入者から検査用試料の引渡しを受けたときは、その状況を農林水産省農産局農産政策部貿易業務課（以下「貿易業務課」という。）に報告するとともに、試料の引渡しを受ける際に発生した経費について、遅滞なく試料輸入者に支払うものとする。

なお、試料輸入者の試料採取の事情により、試料の引渡しが複数回に分かれる場合がある。

(3) 試料の保管

請負者は、検査用試料の引渡し後、当該試料を適切に保管すること。

(4) 分析法、定量下限（LOQ）及び分析の標準作業手順（SOP）

請負者は、SOP で特に試料調製法を設定している場合を除き、検査業務に用いる試料の全量を 1 mm 以下に粉碎し、混合均質化する。各項目について、妥当性を確認した分析法（一斉分析法又は個別分析法）を用い、精度管理の実施下で定量分析を実施する。LOQ は別紙 1 及び別表に掲載された濃度以下で設定する。

なお、請負者は、分析開始前に、全分析項目の LOQ 及び SOP（分析項目の一斉分析グループごとで可）を貿易業務課が指定する大容量ファイル転送システムにより提出し、貿易業務課の確認を受けることとする。

(5) 検査結果

ア 検査結果は有効数字 3 桁まで計算し、分析値として有効数字 2 桁にて契約書様式 2「令和 7 年度輸入小麦に係る重金属、カビ毒及び残留農薬等の検査業務結果報告書」（以下「検査結果報告書」という。）に記入する。

イ LOQ 以上の分析値の場合は、そのまま数値を記入するが、検出下限（LOD）以上かつ LOQ 未満の分析値の場合は、（ ）をつけその中に数値を記入する。分析値が LOD 未満の場合は、<LOD と記入する。

4 結果報告

(1) 報告内容

検査業務結果は、検査結果報告書に記入し報告する。

なお、発注者が、重金属、カビ毒及び残留農薬等分析について、クロマトグラム等の詳細な記録、分析法の妥当性確認及び精度確認の記録を要求したときは、請負者はこれに応じること。

また、請負者は、別紙 1 の検査項目に含まれていない農薬成分のピークを農薬の一斉分析によるクロマトグラム等により確認した場合は、発注者にその検出情報を報告すること。

(2) 報告期限

令和 8 年 1 月 30 日（金）とする。

(3) 報告先

請負者は、検査結果報告書を、上記（2）の報告期限までに報告する。報告は、電子メールにより行う。

なお、電子メールアドレスについては、請負者に対し契約締結後に貿易業務課から通知する。

5 その他

(1) 仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた事項は、発注者と請負者が協議の上処理する。

(2) 請負者は、試料内容、検査項目、分析法、検査結果及び関連の記録（精度管理、試料の授受、調製、保管、廃棄等に関するものを含む。）を 3 年間保管する。また、本業務の請負により知り得た情報については、契約期間はもとより、

契約終了後においても他者に漏らしてはならない。

(3) 請負者は、本業務終了後においても、発注者又は貿易業務課から本業務に関して問合せ等があった場合は、誠実に対応する。

(4) 本業務の検査結果を使用する権利は、全て発注者に帰属する。

(5) 検査用試料は他の目的に使用しないこと。また、3の(4)に関する一斉分析により残留農薬を分析する場合を除き、事前に発注者の承諾無く3の(1)の検査項目以外の分析を実施してはならない。

(6) 契約書第9条第2項に規定されている検査業務に用いなかった試料について、発注者又は貿易業務課から指示があった場合を除き、契約書様式3「廃棄計画書」を発注者へ提出し、発注者の確認を受けた後に請負者の経費負担で適正かつ確実に廃棄を行う。

なお、請負者が日本国内の検査機関である場合は、廃棄物処理業者の処理書類（コピー）を発注者へ送付する。

(7) 環境負荷低減の取組として、請負者は、本業務の遂行に当たって、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号）等の関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に別紙3「環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書」を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書として提出すること。なお、全ての事項について「実施した／努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア～エの各項目について、一つ以上「実施した／努めた」にチェックを入れること。

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等）の実施に努める。

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。

エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。

オ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。

(別紙1)

令和7年度輸入小麦に係る重金属、カビ毒及び残留農薬等検査項目リスト

(試料番号①、②(アメリカ産))

No.	検査項目	Inspection Items	基準値等 (mg/kg)	No.	検査項目	Inspection Items	基準値等 (mg/kg)
1	1,1-ジクロロ-2,2-ビス(4-エチルフェニル)エタン	1,1-DICHLORO-2,2-BIS(4-ETHYLPHENYL)ETHANE	0.01	101	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	DIHYDROSTREPTOMYCIN/ STREPTOMYCIN	0.01
2	1,3-ジクロロプロペン	1,3-DICHLOROPROPENE	0.01	102	シフルフェナミド	CYFLUFENAMID	0.3
3	1-メチルシクロプロペン	1-METHYLCYCLOPROPENE	0.01	103	ジフルフェンゾビル	DIFLUFENZOPYR	0.05
4	2-(1-ナフチル)アセタミド	2-(1-NAPHTHYL) ACETAMIDE	0.01	104	ジフルベンズロン	DIFLUBENZURON	0.05
5	2,2-DPA	2,2-DPA	0.01	105	シプロジニル	CYPRODINIL	0.5
6	2,4-DB	2,4-DB	0.02	106	シメコナゾール	SIMECONAZOLE	0.01
7	2,6-ジイソプロピルナフタレン	2,6-DIISOPROPYLNAPHTHALENE	0.01	107	ジメチリモール	DIMETHIRIMOL	0.01
8	4-アミノピリジン	4-AMINOPYRIDINE	0.01	108	臭素	BROMIDE	50
9	DBEDC	DBEDC	2	109	シラフルオフェン	SILAFLUOFEN	0.01
10	DCIP	DCIP	0.01	110	スピネトラム	SPINETORAM	0.01
11	EPN	EPN	0.01	111	スピロジクロフェン	SPIRODICLOFEN	0.01
12	Sec-ブチルアミン	Sec-BUTYLAMINE	0.01	112	スピロテトラマト	SPIROTETRAMAT	0.01
13	アシュラム	ASULAM	0.01	113	スルプロホス	SULPROFOS	0.01
14	アジンホスメチル	AZINPHOS-METHYL	0.01	114	スルホキサフロル	SULFOXAFLOL	0.4
15	アセキノシル	ACEQUINOCYL	0.01	115	セダキサン	SEDAXANE	0.01
16	アゾキシストロビン	AZOXYSTROBIN	0.3	116	ダイアレート	DI-ALLATE	0.01
17	アゾシクロチン及びシヘキサチン	AZOXYCLOTIN, CYHEXATIN	0.01	117	ダイムロン	DAIMURON	0.01
18	アニラジン	ANIRAZINE	0.01	118	ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート	DAZOMET, METAM, METHYL-ISOTHIOCYANATE	0.01
19	アニロホス	ANILOFOS	0.01	119	ダミノジッド	DAMINOZIDE	N.D.
20	アフィドロベン	AFIDOPYROPEN	0.2	120	チアクロプリド	THIACLOPRID	0.1
21	アミスルブロム	AMISULBROM	0.01	121	チアジニル	TIADINIL	0.01
22	アミトロール	AMITROLE	0.01	122	チアゾビル	THIAZOPYR	0.01
23	アミノエトキシビニルグリシン	AMINOETHOXYVINYLGLYCINE	0.01	123	チアムリン	TIAMULIN	0.01
24	アミノシクロピラクロル	AMINOCYCLOPYRACHLOR	0.01	124	チアメトキサム	THIAMETHOXAM	0.05
25	アミノピラリド	AMINOPYRALID	0.04	125	チエンカルバゾンメチル	THIENCARBAZONE-METHYL	0.01
26	アラマイト	ARAMITE	0.01	126	チフェンスルフロロン	THIFENSULFURON	0.01
27	アルジカルブ及びアルドキシカルブ	ALDICARB, ALDOXYCARB	0.02	127	テクロフタラム	TECLOFTALAM	0.01
28	アレスリン	ALLETHRIN	0.01	128	テトラニリプロール	TETRANILIPROLE	0.01
29	イソキサフルトール	ISOXAFUTOLE	0.01	129	テブコナゾール	TEBUCONAZOLE	2
30	イソチアニル	ISOTIANIL	0.01	130	テブチウロン	TEBUTHIURON	0.01
31	イソピラザム	ISOPYRAZAM	0.2	131	テブフェノジド	TEBUFENOZIDE	0.01
32	イソフェンホス	ISOFPENPHOS	0.01	132	テブフロキン	TEBUFLOQIN	0.01
33	イソフェタミド	ISOFETAMID	0.01	133	テフルリトリオン	TEFURLYTRIONE	0.01
34	イナベンフィド	INABENFIDE	0.01	134	テフルベンズロン	TEFLUBENZURON	0.01
35	イプフルフェノキン	IPFLUFENOQUIN	0.01	135	デメトン-S-メチル	DEMETON-S-METHYL	0.4
36	イプロバリカルブ	IPROVALICARB	0.01	136	トリアファモン	TRIAFAMONE	0.01
37	イマザピク	IMAZAPIC	0.05	137	トリクロロ酢酸ナトリウム塩	SODIUM TCA	0.01
38	イマザビル	IMAZAPYR	0.05	138	トリチコナゾール	TRITICONAZOLE	0.04
39	イマザメタベンズメチルエステル	IMAZAMETHABENZ METHYL ESTER	0.01	139	トリデモルフ	TRIDEMORPH	0.05
40	イマザモックスアンモニウム塩	IMAZAMOX-AMMONIUM	0.2	140	トリフルムロン	TRIFLUMURON	0.05
41	イマザリル	IMAZALIL	0.01	141	トリフルメゾピリム	TRIFLUMEZOPYRIM	0.01
42	イマゼタビルアンモニウム塩	IMAZETHAPYR AMMONIUM	0.05	142	トルピラレート	TOLPYRALATE	0.01
43	イミダクロプリド	IMIDACLOPRID	0.2	143	トルプロカルブ	TOLPROCARB	0.01
44	イミノクタジン	IMINOCTADINE	0.09	144	ナフタロホス	NAPHTHALOPHOS	0.01
45	イミベンコナゾール	IMBENCONAZOLE	0.01	145	二塩化エチレン	ETHYLENE DICHLORIDE	0.06
46	インダノファン	INDANOFAN	0.05	146	ニコチン	NICOTINE	0.01
47	インドキサカルブ	INDOXACARB	0.01	147	ニ臭化エチレン	ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	0.1
48	インピルフルキサム	INPYRFLUXAM	0.6	148	ニトラピリン	NITRAPYRIN	0.1
49	エタボキサム	ETHABOXAM	0.01	149	ニトロタールイソプロピル	NITROTHAL-ISOPROPYL	0.01
50	エテホン	ETHEPHON	2	150	ニルフェノールスルホン酸銅	COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	0.04
51	エトキシキン	ETHOXYQUIN	0.01	151	ノバルロン	NOVALURON	0.01
52	塩酸ホルメタネート	FORMETANATE HYDROCHLORIDE	0.01	152	ノルフルラゾン	NORFLURAZON	0.01
53	エンドタール	ENDOTHAL	0.01	153	バーバン	BARBAN	0.01
54	オキサジアリギル	OXADIARGYL	0.01	154	パラコート	PARAQUAT	0.02
55	オキサジクロメホン	OXAZICLOMEFONE	0.01	155	バリダマイシン	VALIDAMYCIN	0.01
56	オキサゾスルフィル	OXAZOSULFYL	0.01	156	パルベンダゾール	PARBENDAZOLE	0.01
57	オキササチアピプロリン	OXATHIAPIPROLIN	0.01	157	ビアラホス	BIANAFOS(BIALAPHOS)	0.004
58	オキサベトリニル	OXABETRINIL	0.01	158	ピカルブトラゾクス	PICARBUTRAZOX	0.01
59	オキシテトラサイクリン	OXYTETRACYCLINE	0.01	159	ビキサフェン	BIXAFEN	0.4
60	オキシン銅	OXINE-COPPER	0.1	160	ピクロラム	PICLORAM	0.5
61	オキスポコナゾールフマル酸塩	OXPOCONAZOLE-FUMARATE	0.01	161	ピシクロピロン	BICYCLOPYRONE	0.04
62	オリサストロビン	ORYSASTROBIN	0.01	162	ピジフルメトフェン	PYDIFUMETOFEN	0.6
63	オリザリン	ORYZALIN	0.01	163	ヒドラメチルノン	HYDRAMETHYLNON	0.01
64	カスガマイシン	KASUGAMYCIN	0.01	164	ピノキサデン	PINOXADEN	0.7
65	カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ	CARTAP, THIOCYCLAM, BENSULTAP	0.01	165	ピフルブミド	PYFLUBUMIDE	0.01
66	カルバリル	CARBARYL	2	166	ヒメキサゾール	HYMEXAZOL	0.02
67	カルプロバミド	CARPROPAMID	0.01	167	ピラクロストロビン	PYRACLOSTROBIN	0.2
68	カルベタミド	CARBETAMIDE	0.01	168	ピラジフルミド	PYRAZIFLUMID	0.01
69	カルボフラン	CARBOFURAN	0.01	169	ピラスルフトール	PYRASULFOTOLE	0.02
70	キンクロラック	QUINCLORAC	0.5	170	ピリオフェノン	PYRIOFENONE	1
71	クミルロン	CUMYLURON	0.01	171	ピリチオバックナトリウム塩	PYRITHIOBAC-SODIUM	0.01
72	クレソキシメチル	KRESOXIM-METHYL	0.1	172	ピリフタリド	PYRIFTALID	0.01
73	クロキントセツメキシル	CLOQUINTOCET-MEXYL	0.1	173	ピリミカーブ	PIRIMICARB	0.05
74	クロチアニジン	CLOTHIANIDIN	0.02	174	ピリミスルファン	PYRIMISULFAN	0.01
75	クロピドール	CLOPIDOL	0.2	175	ピリミノバックメチル	PYRIMINOBAC-METHYL	0.01
76	クロピラリド	CLOPYRALID	2	176	ピレトリン	PYRETHRINS	3
77	クロフェンテジン	CLOFENTEZINE	0.01	177	ピロキサスルホン	PYROXASULFONE	0.01
78	クロマフェノジド	CHROMAFENOZIDE	0.01	178	ピンドネ	PINDONE	0.001
79	クロメフロップ	CLOMEPROP	0.01	179	フェノキサスルホン	FENOXASULFONE	0.01
80	クロリダゾン	CHLORDAZON	0.01	180	フェノキシカルブ	FENOXYCARB	0.05
81	クロルピクリン	CHLOROPICRIN	0.01	181	フェノブカルブ	FENOBUCARB	0.3
82	クロルメコート	CHLORMEQUAT	10	182	フェンチン	FENTIN	0.05
83	サフルフェナシル	SAFLUFENACIL	0.6	183	フェントラザミド	FENTRAZAMIDE	0.01
84	酸化フェンブタスズ	FENBUTATIN OXIDE	0.05	184	フェンピコキサミド	FENPICOXAMID	0.6
85	酸化プロピレン	PROPYLENE OXIDE	0.01	185	フェンメディファム	PHENMEDIPHAM	0.01
86	シアゾファミド	CYAZOFAMID	0.05	186	ブタフェナシル	BUTAFENACIL	0.02
87	シアン化水素	HYDROGEN CYANIDE	20	187	フツ化スルフリル	SULFURYL FLUORIDE	0.01
88	シウロン	DIURON	0.7	188	ブトロキシジム	BUTROXYDJM	0.01
89	ジカンバ	DICAMBA	2	189	フラチオカルブ	FURATHIOCARB	0.01
90	シクラニリプロール	CYCLANILIPROLE	0.01	190	フラメトビル	FURAMETPYR	0.01
91	シクロエート	CYCLOATE	0.01	191	フルアジナム	FLUAZINAM	0.05
92	シクロピリモレート	CYCLOPYRIMORATE	0.01	192	フルエンスルホン	FLUENSULFONE	0.08
93	ジクロルボス及びナレド	DICHLORVOS, NALIED	0.2	193	フルオルイミド	FLUOROIMIDE	0.01
94	ジクロルミド	DICHLORMID	0.01	194	フルカルバゾンナトリウム塩	FLUCARBAZONE SODIUM	0.01
95	ジクワット	DIQUAT	0.1	195	フルキサピロキサド	FLUXAPYROXAD	2
96	ジチアン	DITHIANON	0.01	196	フルキサメタミド	FLUXAMETAMIDE	0.01
97	ジチオカルバメート	DITHIOCARBAMATES	1	197	フルセトスルフロロン	FLUCETOSULFURON	0.01
98	ジチオビル	DITHIOPYR	0.01	198	フルピリミン	FLUPYRIMIN	0.01
99	ジノカブ	DINOCAP	0.2	199	フルフェナセット	FLUFENACET	0.5
100	ジノセブ	DINOSEB	0.01	200	フルフェノクスロン	FLUFENOXURON	0.01

(試料番号①、②(アメリカ産))

No.	検査項目	Inspection Items	基準値等 (mg/kg)
201	フルメツラム	FLUMETSULAM	0.05
202	フルメトリン	FLUMETHRIN	0.01
203	フルリドン	FLURIDONE	0.1
204	フロクロラズ	PROCHLORAZ	2
205	フロチオコナゾール	PROTHIOCONAZOLE	0.5
206	ブロディファコウム	BRODIFACOUUM	0.0005
207	プロバキサホップ	PROPAQUIZAFOP	0.01
208	プロピリスルフロン	PROPYRISULFURON	0.01
209	ブロフラニリド	BROFLANILIDE	0.01
210	フロメトキン	FLOMETOQUIN	0.01
211	フロルピラウキシフェンベンジル	FLORPYRAUXIFEN-BENZYL	0.01
212	ヘキシチアゾックス	HEXYTHIAZOX	0.01
213	ベノキサコール	BENOXACOR	0.01
214	ペブレート	PEBULATE	0.01
215	ベルメトリン	PERMETHRIN	2
216	ベンジリアデニン又はベンジルアミノプリン	BENZYLADENINE(BENZYLAMINOPRIN)	0.01
217	ベンズピリモキサン	BENZPYRIMOXAN	0.01
218	ベンゾビンジフルビル	BENZOVINDIFLUPYR	0.1
219	ベンゾフェナップ	BENZOFENAP	0.01
220	ペンフルフェン	PENFLUFEN	0.01
221	ベンフレセート	BENFURESATE	0.01
222	ボスカリド	BOSCALID	0.7
223	ホセチル	FOSETYL	0.5
224	ホルモチオン	FORMOTHION	0.01
225	マレイン酸ヒドラジド	MALEIC HYDRAZIDE	0.2
226	マンデストロビン	MANDESTROBIN	0.01
227	ミルネブ	MILNEB	0.01
228	ミルベメクチン	MILBEMECTIN	0.01
229	メソトリオン	MESOTRIONE	0.01
230	メタゾール	METHAZOLE	0.01
231	メタゾスルフロン	METAZOSULFURON	0.01
232	メタフルミゾン	METAFLUMIZONE	0.01
233	メタベンズチアズロン	METHABENZTHIAZURON	0.1
234	メタミトロン	METAMITRON	0.01
235	メタミホップ	METAMIFOP	0.01
236	メチオカルブ	METHIOCARB	0.05
237	メチルトetraプロール	METYL TETRAPROLE	0.01
238	メトブロムロン	METOBROMURON	0.01
239	メパニピリム	MEPANIPYRIM	0.01
240	メフェントリフルコナゾール	MEFENTRIFLUCONAZOLE	0.3
241	モノクロトホス	MONOCROTOPHOS	0.01
242	モノリニuron	MONOLINURON	0.01
243	ヨウ化メチル	METHYL IODIDE	0.01
244	ラクトフェン	LACTOFEN	0.01
245	ランコトリオンナトリウム塩	LANCOTRIONE SODIUM	0.01
246	リニuron	LINURON	0.2
247	硫化カルボニル	CARBONYL SULPHIDE	0.01
248	リン化水素	HYDROGEN PHOSPHIDE	0.1
249	ルフエスロン	LUFENURON	0.01
250	レスメトリン	RESMETHRIN	0.05
251	レピメクチン	LEPIMECTIN	0.01
252	ワルファリン	WARFARIN	0.001
253	デオキシニバレノール	DEOXYNIVALENOL	1
254	オクラトキシンA	OCHRATOXIN A (LOD:0.0002 mg/kg、LOQ:0.002 mg/kg)	0.005(注1)
255	フモニシン	FUMONISINS(B1, B2, B3) (LOD:0.0006 mg/kg、LOQ:0.05 mg/kg)	-
256	ニバレノール	NIVALENOLE (LOD:0.005 mg/kg、LOQ:0.2 mg/kg)	-
257	ゼアラレノン	ZEARALENONE	-
258	総ヒ素	ARSENIC (LOD:0.005 mg/kg、LOQ:0.01 mg/kg)	-
259	カドミウム	CADMIUM (LOD:0.005 mg/kg、LOQ:0.01 mg/kg)	0.2(注1)
260	鉛	LEAD (LOD:0.01 mg/kg、LOQ:0.05 mg/kg)	0.2(注1)
261	MON71100/71300、 MON71700及びMON71800	MON71100/71300、 MON71700及びMON71800	陰性(Negative)

(注1) Codex Standard 193-1995

(別紙1)

令和7年度輸入小麦に係る重金属、カビ毒及び残留農薬等検査項目リスト

(試料番号③、④(オーストラリア産))

No.	検査項目	Inspection Items	基準値等 (mg/kg)	No.	検査項目	Inspection Items	基準値等 (mg/kg)
1	1,1-ジクロロ-2,2-ビス(4-エチルフェニル)エタン	1,1-DICHLORO-2,2-BIS(4-ETHYLPHENYL)ETHANE	0.01	101	ジノセブ	DINOSEB	0.01
2	1,3-ジクロロプロペン	1,3-DICHLOROPROPENE	0.01	102	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	DIHYDROSTREPTOMYCIN/ STREPTOMYCIN	0.01
3	1-メチルシクロプロペン	1-METHYLCYCLOPROPENE	0.01	103	シフルフェナミド	CYFLUFENAMID	0.3
4	2-(1-ナフチル)アセタミド	2-(1-NAPHTHYL) ACETAMIDE	0.01	104	ジフルフェンゾピル	DIFLUFENZOPYR	0.05
5	2,2-DPA	2,2-DPA	0.01	105	ジフルベンズロン	DIFLUBENZURON	0.05
6	2,4-DB	2,4-DB	0.02	106	シプロジニル	CYPRODINIL	0.5
7	2,6-ジイソプロピルナフタレン	2,6-DIISOPROPYLNAPHTHALENE	0.01	107	シメコナゾール	SIMECONAZOLE	0.01
8	4-アミノピリジン	4-AMINOPYRIDINE	0.01	108	ジメチリモール	DIMETHIRIMOL	0.01
9	DBEDC	DBEDC	2	109	臭素	BROMIDE	50
10	DCIP	DCIP	0.01	110	シラフルオフェン	SILAFLUOFFEN	0.01
11	EPN	EPN	0.01	111	スピネトラム	SPINETORAM	0.01
12	Sec-ブチルアミン	Sec-BUTYLAMINE	0.01	112	スピロジクロフェン	SPIRODICLOFEN	0.01
13	アシュラム	ASULAM	0.01	113	スピロテトラマト	SPIROTETRAMAT	0.01
14	アジンホスメチル	AZINPHOS-METHYL	0.01	114	スルプロホス	SULPROFOS	0.01
15	アセキノシル	ACEQUINOCYL	0.01	115	スルホキサフロ	SULFOXAFLO	0.4
16	アゾキシストロビン	AZOXYSTROBIN	0.3	116	セダキサン	SEDAXANE	0.01
17	アゾシクロチン及びシヘキサチン	AZOCYCLOTIN, CYHEXATIN	0.01	117	ダイアレート	DI-ALLATE	0.01
18	アニラジン	ANIRAZINE	0.01	118	ダイムロン	DAIMURON	0.01
19	アニロホス	ANILOFOS	0.01	119	ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート	DAZOMET, METAM, METHYL-ISOTHIOCYANATE	0.01
20	アフイピロペン	AFIDOPYROPEN	0.2	120	ダミノジッド	DAMINOZIDE	N.D.
21	アミスルフロム	AMISULBROM	0.01	121	チアクロプリド	THIACLOPRID	0.1
22	アミトロール	AMITROLE	0.01	122	チアジニル	TIADINIL	0.01
23	アミノエトキシビニルグリシン	AMINOETHOXYVINYLGLYCINE	0.01	123	チアゾピル	THIAZOPYR	0.01
24	アミノシクロピラクロル	AMINOCYCLOPYRACHLOR	0.01	124	チアムリン	TIAMULIN	0.01
25	アミノピラリド	AMINOPYRALID	0.04	125	チアムトキサム	THIAMETHOXAM	0.05
26	アラマイト	ARAMITE	0.01	126	チエンカルバゾンメチル	THIENCARBAZONE-METHYL	0.01
27	アルジカルブ及びアルドキシカルブ	ALDICARB, ALDOXYCARB	0.02	127	チフェンスルフロ	THIFENSULFURON	0.01
28	アレスリン	ALLETHRIN	0.01	128	テクロフタラム	TECLOF TALAM	0.01
29	イソキサフルトール	ISOXAFUTOLE	0.01	129	テトラニリプロール	TETRANILPROLE	0.01
30	イソチアニル	ISOTIANIL	0.01	130	テブコナゾール	TEBUCONAZOLE	2
31	イソピラザム	ISOPYRAZAM	0.2	131	テブチウロン	TEBUTHIURON	0.01
32	イソフェンホス	ISOFENPHOS	0.01	132	テブフェノジド	TEBUFENOXIDE	0.01
33	イソフェタミド	ISOFETAMID	0.01	133	テブフロキン	TEBUFLOQIN	0.01
34	イナベンフィド	INABENFIDE	0.01	134	テフリルトリオン	TEFURYLTRIONE	0.01
35	イブコナゾール	IPC ONAZOLE	0.01	135	テフルベンズロン	TEFLUBENZURON	0.01
36	イプフルフェノキン	IPFLUFENOQUIN	0.01	136	デメトン-S-メチル	DEMETON-S-METHYL	0.4
37	イプロバリカルブ	IPROVALICARB	0.01	137	トリアファモン	TRIAFAMONE	0.01
38	イマザピック	IMAZAPIC	0.05	138	トリクロロ酢酸ナトリウム塩	SODIUM TCA	0.01
39	イマザピル	IMAZAPYR	0.05	139	トリコナゾール	TRITICONAZOLE	0.04
40	イマザメタベンズメチルエステル	IMAZAMETHABENZ METHYL ESTER	0.01	140	トリデモルフ	TRIDEMORPH	0.05
41	イマザモックスアンモニウム塩	IMAZAMOX-AMMONIUM	0.2	141	トリフルムロン	TRIFLUMURON	0.05
42	イマザリル	IMAZALIL	0.01	142	トリフルメゾピリム	TRIFLUMEZOPYRIM	0.01
43	イマゼタビルアンモニウム塩	IMAZETHAPYR AMMONIUM	0.05	143	トルビラレート	TOLPYRALATE	0.01
44	イミダクロプリド	IMIDACLOPRID	0.2	144	トルプロカルブ	TOLPROCARB	0.01
45	イミノクタジン	IMINOCTADINE	0.09	145	ナフタロホス	NAPHTHALOPHOS	0.01
46	イミベンコナゾール	IMBENCONAZOLE	0.01	146	二塩化エチレン	ETHYLENE DICHLORIDE	0.06
47	インダノファン	INDANOFAN	0.05	147	ニコチン	NICOTINE	0.01
48	インドキサカルブ	INDOXACARB	0.01	148	二臭化エチレン	ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	0.1
49	インビフルキサム	INPYRFLUXAM	0.6	149	ニトラピリン	NITRAPYRIN	0.1
50	エタボキサム	ETHABOXAM	0.01	150	ニトロタールイソプロピル	NITROTAL-ISOISOPROPYL	0.01
51	エテホン	ETHEPHON	2	151	ノニルフェノールスルホン酸銅	COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	0.04
52	エトキシキン	ETHOXYQUIN	0.01	152	ノバルロン	NOVALURON	0.01
53	塩酸ホルメタネート	FORMETANATE HYDROCHLORIDE	0.01	153	ノルフルラゾン	NORFLURAZON	0.01
54	エンドタール	ENDOTHAL	0.01	154	バーバン	BARBAN	0.01
55	オキサジアルギル	OXADIARGYL	0.01	155	パラコート	PARAQUAT	0.02
56	オキサジクロメホン	OXAZICLOMEFONE	0.01	156	バリダマイシン	VALIDAMYCIN	0.01
57	オキサゾスルフィル	OXAZOSULFYL	0.01	157	バルベンダゾール	PARBENDAZOLE	0.01
58	オキサチアピプロリン	OXATHIAPIPROLIN	0.01	158	ビアラホス	BILANAFOS(BIALAPHOS)	0.004
59	オキサベトリニル	OXABETRINIL	0.01	159	ヒカルフトラゾクス	PICARBUTRAZOX	0.01
60	オキシテトラサイクリン	OXYTETRACYCLINE	0.01	160	ビキサフェン	BIXAFEN	0.4
61	オキシン銅	OXINE-COPPER	0.1	161	ピクロラム	PICLORAM	0.5
62	オキスポコナゾールフマル酸塩	OXPOCONAZOLE-FUMARATE	0.01	162	ピシクロピロン	BICYCLOPYRONE	0.04
63	オリサストロビン	ORYSASTROBIN	0.01	163	ピジフルメトフェン	PYDIFLUMETOFEN	0.6
64	オリザリン	ORYZALIN	0.01	164	ヒドラメチルノン	HYDRAMETHYLNON	0.01
65	カスガマイシン	KASUGAMYCIN	0.01	165	ピノキサデン	PINOXADEN	0.7
66	カルタップ、チオシクロラム及びベンスルタップ	CARTAP, THIOCYCLAM, BENSULTAP	0.01	166	ピフルブミド	PYFLUBUMIDE	0.01
67	カルバリル	CARBARYL	2	167	ヒメキサゾール	HYMEXAZOL	0.02
68	カルプロバミド	CARPROPAMID	0.01	168	ピラクロストロビン	PYRACLOSTROBIN	0.2
69	カルベタミド	CARBETAMIDE	0.01	169	ピラジフルミド	PYRAZIFLUMID	0.01
70	カルボフラン	CARBOFURAN	0.01	170	ピラズルフトール	PYRASULFOTOLE	0.02
71	キンクロラック	QUINCLORAC	0.5	171	ピリオフェノン	PYRIOFENONE	1
72	クミルロン	CUMYLURON	0.01	172	ピリチオバックナトリウム塩	PYRITHIOBAC-SODIUM	0.01
73	クレソキシメチル	KRESOXIM-METHYL	0.1	173	ピリフタリド	PYRIFTALID	0.01
74	クロキントセツトメキシル	CLOQUINTOCET-MEXYL	0.1	174	ピリミカーブ	PIRIMICARB	0.05
75	クロチアニジン	CLOTHIANIDIN	0.02	175	ピリミスルファン	PYRIMISULFAN	0.01
76	クロピドール	CLOPIDOL	0.2	176	ピリミノバックメチル	PYRIMINOBAC-METHYL	0.01
77	クロピラリド	CLOPYRALID	2	177	ピレトリン	PYRETHRINS	3
78	クロフェンテジン	CLOFENTEZINE	0.01	178	ピロキサスルホン	PYROXASULFONE	0.01
79	クロマフェノジド	CHROMAFENOZIDE	0.01	179	ピンドン	PINDON	0.001
80	クロメプロップ	CLOMEPROP	0.01	180	フェノキサスルホン	FENOXASULFONE	0.01
81	クロリダゾン	CHLORIDAZON	0.01	181	フェノキシカルブ	FENOXYCARB	0.05
82	クロロピクリン	CHLOROPICRIN	0.01	182	フェノブカルブ	FENOBUCARB	0.3
83	クロルメコート	CHLORMEQUAT	10	183	フェンチン	FENTIN	0.05
84	サフルフェナシル	SAFLUFENACIL	0.6	184	フェントラザミド	FENTRAZAMIDE	0.01
85	酸化フェンブタスズ	FENBUTATIN OXIDE	0.05	185	フェンピコキサミド	FENPICOXAMID	0.6
86	酸化プロピレン	PROPYLENE OXIDE	0.01	186	フェンメディファム	PHENMEDIPHAM	0.01
87	シアゾファミド	CYAZOFAMID	0.05	187	ブタフェナシル	BUTAFENACIL	0.02
88	シアン化水素	HYDROGEN CYANIDE	20	188	フッ化スルフリル	SULFURYL FLUORIDE	0.1
89	ジウロン	DIURON	0.7	189	ブトロキシジム	BUTROXYDIM	0.01
90	ジカンバ	DICAMBA	2	190	フラチオカルブ	FURATHIOCARB	0.01
91	シクラニリプロール	CYCLANILIPROLE	0.01	191	フラメトピル	FURAMETPYR	0.01
92	シクロエート	CYCLOATE	0.01	192	フルアジナム	FLUAZINAM	0.05
93	シクロピリモレート	CYCLOPYRIMORATE	0.01	193	フルエンシスルホン	FLUENSULFONE	0.08
94	ジクロロボス及びナレド	DICHLORVOS, NALED	0.2	194	フルオルイミド	FLUOROIMIDE	0.01
95	ジクロルミド	DICHLORMID	0.01	195	フルカルバゾンナトリウム塩	FLUCARBAZONE SODIUM	0.01
96	ジクワット	DIQUAT	0.1	196	フルキサピロキサド	FLUXAPYROXAD	2
97	ジチアノン	DITHIANON	0.01	197	フルキサメタミド	FLUXAMETAMIDE	0.01
98	ジチオカルバメート	DITHIOCARBAMATES	1	198	フルセトスルフロ	FLUCETOSULFURON	0.01
99	ジチオピル	DITHIOPYR	0.01	199	フルピリミン	FLUPYRIMIN	0.01
100	ジノカッ	DINOCAP	0.2	200	フルフェナセット	FLUFENACET	0.5

(試料番号③、④(オーストラリア産))

No.	検査項目	Inspection Items	基準値等 (mg/kg)
201	フルフェノクスロン	FLUFENOXURON	0.01
202	フルメツラム	FLUMETSULAM	0.05
203	フルメトリン	FLUMETHRIN	0.01
204	フルリドン	FLURIDONE	0.1
205	プロクロラズ	PROCHLORAZ	2
206	プロチオコナゾール	PROTHIOCONAZOLE	0.5
207	ブロディファコウム	BRODIFACOUM	0.0005
208	プロバキサホップ	PROPAQUIZAFOP	0.01
209	プロピリスルフロ	PROPYRISULFURON	0.01
210	ブロフラニリド	BROFLANILIDE	0.01
211	フロメトキン	FLOMETOQUIN	0.01
212	フロルピラウキシフェンベンジル	FLORPYRAUXIFEN-BENZYL	0.01
213	ヘキシチアゾックス	HEXYTHIAZOX	0.01
214	ベノキサコール	BENOXACOR	0.01
215	ペブレート	PEBULATE	0.01
216	ペルメトリン	PERMETHRIN	2
217	ベンジルアデニン又はベンジラミ ノプリ	BENZYLADENINE(BENZYLAMINOPRIN)	0.01
218	ベンズピリモキサン	BENZPYRIMOXAN	0.01
219	ベンゾビンジフルピル	BENZOVINDIFLUPYR	0.1
220	ベンゾフェナップ	BENZOFENAP	0.01
221	ペンフルフェン	PENFLUFEN	0.01
222	ベンフルセート	BENFURESATE	0.01
223	ボスカリド	BOSCALID	0.7
224	ホセチル	FOSETYL	0.5
225	ホルモチオン	FORMOTHION	0.01
226	マレイン酸ヒドラジド	MALEIC HYDRAZIDE	0.2
227	マンデストロビン	MANDESTROBIN	0.01
228	ミルネブ	MILNEB	0.01
229	ミルベメクチン	MILBEMECTIN	0.01
230	メソトリオン	MESOTRIONE	0.01
231	メタゾール	METHAZOLE	0.01
232	メタゾスルフロ	METAZOSULFURON	0.01
233	メタフルミゾン	METAFLUMIZONE	0.01
234	メタベンズチアズロン	METHABENZTHIAZURON	0.1
235	メタミトロン	METAMITRON	0.01
236	メタミホップ	METAMIFOP	0.01
237	メチオカルブ	METHIOCARB	0.05
238	メチルテトラプロール	METYL TETRAPROLE	0.01
239	メトブロムロン	METOBROMURON	0.01
240	メパニピリム	MEPANIPYRIM	0.01
241	メフェントリフルコナゾール	MEFENTRIFLUCONAZOLE	0.3
242	モノクロトホス	MONOCROTOPHOS	0.01
243	モノリニuron	MONOLINURON	0.01
244	ヨウ化メチル	METHYL IODIDE	0.01
245	ラクトフェン	LACTOFEN	0.01
246	ランコトリオンナトリウム塩	LANCOTRIONE SODIUM	0.01
247	リニuron	LINURON	0.2
248	硫化カルボニル	CARBONYL SULPHIDE	0.01
249	リン化水素	HYDROGEN PHOSPHIDE	0.1
250	ルフェヌロン	LUFENURON	0.01
251	レスメトリン	RESMETHRIN	0.05
252	レピメクチン	LEPIMECTIN	0.01
253	ワルファリン	WARFARIN	0.001
254	デオキシニバレノール	DEOXYNIVALENOL	1
255	オクラトキシンA	OCHRATOXIN A (LOD:0.0002 mg/kg、LOQ:0.002 mg/kg)	0.005(注1)
256	フモニシン	FUMONISINS (B1, B2, B3) (LOD:0.0006 mg/kg、LOQ:0.05 mg/kg)	-
257	ニバレノール	NIVALENOLE	-
258	ゼアラレノン	ZEARALENONE (LOD:0.0004 mg/kg、LOQ:0.05 mg/kg)	-
259	総ヒ素	ARSENIC (LOD:0.005 mg/kg、LOQ:0.01 mg/kg)	-
260	カドミウム	CADMIUM (LOD:0.005 mg/kg、LOQ:0.01 mg/kg)	0.2(注1)
261	鉛	LEAD (LOD:0.01 mg/kg、LOQ:0.05 mg/kg)	0.2(注1)

(注1) Codex Standard 193-1995

(別紙1)

令和7年度輸入小麦に係る重金属、カビ毒及び残留農薬等検査項目リスト

(試料番号⑤(フランス産))

No.	検査項目	Inspection Items	基準値等 (mg/kg)	No.	検査項目	Inspection Items	基準値等 (mg/kg)
1	1,1-ジクロロ-2,2-ビス(4-エチルフェニル)エタン	1,1-DICHLORO-2,2-BIS(4-ETHYLPHENYL)ETHANE	0.01	101	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	DIHYDROSTREPTOMYCIN/ STREPTOMYCIN	0.01
2	1,3-ジクロロプロペン	1,3-DICHLOROPROPENE	0.01	102	シフルフェナミド	CYFLUFENAMID	0.3
3	1-メチルシクロプロペン	1-METHYLCYCLOPROPENE	0.01	103	ジフルフェンゾビル	DIFLUFENZOPYR	0.05
4	2-(1-ナフチル)アセタミド	2-(1-NAPHTHYL) ACETAMIDE	0.01	104	ジフルベンズロン	DIFLUBENZURON	0.05
5	2,2-DPA	2,2-DPA	0.01	105	シプロジニル	CYPRODINIL	0.5
6	2,4-DB	2,4-DB	0.02	106	シメコナゾール	SIMECONAZOLE	0.01
7	2,6-ジイソプロピルナフタレン	2,6-DIISOPROPYLNAPHTHALENE	0.01	107	ジメチリモール	DIMETHIRIMOL	0.01
8	4-アミノピリジン	4-AMINOPYRIDINE	0.01	108	臭素	BROMIDE	50
9	DBEDC	DBEDC	2	109	シラフルオフェン	SILAFLUOFEN	0.01
10	DCIP	DCIP	0.01	110	スピネトラム	SPINETORAM	0.01
11	EPN	EPN	0.01	111	スピロジクロフェン	SPIRODICLOFEN	0.01
12	Sec-ブチルアミン	Sec-BUTYLAMINE	0.01	112	スピロテトラマト	SPIROTETRAMAT	0.01
13	アシュラム	ASULAM	0.01	113	スルプロホス	SULPROFOS	0.01
14	アジンホスメチル	AZINPHOS-METHYL	0.01	114	スルホキサフロル	SULFOXAFLOL	0.4
15	アセキノシル	ACEQUINOCYL	0.01	115	セダキサン	SEDAXANE	0.01
16	アゾキシストロビン	AZOXYSTROBIN	0.3	116	ダイアレート	DI-ALLATE	0.01
17	アゾシクロチン及びシヘキサチン	AZOCYCLOTIN, CYHEXATIN	0.01	117	ダイムロン	DAIMURON	0.01
18	アニラジン	ANIRAZINE	0.01	118	ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート	DAZOMET, METAM, METHYL-ISOTHIOCYANATE	0.01
19	アニロホス	ANILOFOS	0.01	119	ダミノジッド	DAMINOZIDE	N.D.
20	アフィドプロベン	AFIDOPYROPEN	0.2	120	チアクロプリド	THIACLOPRID	0.1
21	アミスルブロム	AMISULBROM	0.01	121	チアジニル	TIADINIL	0.01
22	アミトロール	AMITROLE	0.01	122	チアゾビル	THIAZOPYR	0.01
23	アミノエトキシビニルグリシン	AMINOETHOXYVINYLGLYCINE	0.01	123	チアムリン	TIAMULIN	0.01
24	アミノシクロピラクロル	AMINOCYCLOPYRACHLOR	0.01	124	チアメトキサム	THIAMETHOXAM	0.05
25	アミノピラリド	AMINOPYRALID	0.04	125	チエンカルバゾンメチル	THIENCARBAZONE-METHYL	0.01
26	アラマイト	ARAMITE	0.01	126	チフェンスルフロロン	THIFENSULFURON	0.01
27	アルジカルブ及びアルドキシカルブ	ALDICARB, ALDOXYCARB	0.02	127	テクロフラタム	TECLOFTALAM	0.01
28	アレスリン	ALLETHRIN	0.01	128	テトラニリプロール	TETRANILIPROLE	0.01
29	イソキサフルトール	ISOXAFLUTOLE	0.01	129	テブコナゾール	TEBUCONAZOLE	2
30	イソチアニル	ISOTIANIL	0.01	130	テブチウロン	TEBUTHIURON	0.01
31	イソピラザム	ISOPYRAZAM	0.2	131	テブフェノジド	TEBUFENOZIDE	0.01
32	イソフェンホス	ISOFPENPHOS	0.01	132	テブフロキン	TEBUFLOGIN	0.01
33	イソフェタミド	ISOFETAMID	0.01	133	テフルリトリオン	TEFURLYTRIONE	0.01
34	イナベンフィド	INABENFIDE	0.01	134	テフルベンズロン	TEFLUBENZURON	0.01
35	イプフルフェノキン	IPFLUFENOQUIN	0.01	135	デメトン-S-メチル	DEMETON-S-METHYL	0.4
36	イプロバリカルブ	IPROVALICARB	0.01	136	トリアファモン	TRIAFAMONE	0.01
37	イマザピク	IMAZAPIC	0.05	137	トリクロロ酢酸ナトリウム塩	SODIUM TCA	0.01
38	イマザビル	IMAZAPYR	0.05	138	トリチコナゾール	TRITICONAZOLE	0.04
39	イマザメタベンズメチルエステル	IMAZAMETHABENZ METHYL ESTER	0.01	139	トリデモルフ	TRIDEMORPH	0.05
40	イマザモックスアンモニウム塩	IMAZAMOX-AMMONIUM	0.2	140	トリフルムロン	TRIFLUMURON	0.05
41	イマザリル	IMAZALIL	0.01	141	トリフルメゾピリム	TRIFLUMEZOPYRIM	0.01
42	イマゼタビルアンモニウム塩	IMAZETHAPYR AMMONIUM	0.05	142	トルピラレート	TOLPYRALATE	0.01
43	イミダクロプリド	IMIDACLOPRID	0.2	143	トルプロカルブ	TOLPROCARB	0.01
44	イミノクタジン	IMINOCTADINE	0.09	144	ナフタロホス	NAPHTHALOPHOS	0.01
45	イミベンコナゾール	IMBENCONAZOLE	0.01	145	二塩化エチレン	ETHYLENE DICHLORIDE	0.06
46	インダノファン	INDANOFAN	0.05	146	ニコチン	NICOTINE	0.01
47	インドキサカルブ	INDOXACARB	0.01	147	二臭化エチレン	ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	0.1
48	インビルフルキサム	INPYRFLUXAM	0.6	148	ニトラピリン	NITRAPYRIN	0.1
49	エタボキサム	ETHABOXAM	0.01	149	ニトロタールイソプロピル	NITROTAL-ISOPROPYL	0.01
50	エテホン	ETHEPHON	2	150	ニルフェノールスルホン酸銅	COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	0.04
51	エトキシキン	ETHOXYQUIN	0.01	151	ノバルロン	NOVALURON	0.01
52	塩酸ホルメタネート	FORMETANATE HYDROCHLORIDE	0.01	152	ノルフルラゾン	NORFLURAZON	0.01
53	エンドタル	ENDOTHAL	0.01	153	バーバン	BARBAN	0.01
54	オキサジアルギル	OXADIAZGYL	0.01	154	パラコート	PARAQUAT	0.02
55	オキサジクロメホン	OXAZICLOMEFONE	0.01	155	バリダマイシン	VALIDAMYCIN	0.01
56	オキサゾスルフィル	OXAZOSULFYL	0.01	156	パルベンダゾール	PARBENDAZOLE	0.01
57	オキサチアピプロリン	OXATHIAPIPROLIN	0.01	157	ビアラホス	BIANAFOS(BIALAPHOS)	0.004
58	オキサベトリニル	OXABETRINIL	0.01	158	ピカルブトラゾクス	PICARBUTRAZOX	0.01
59	オキシテトラサイクリン	OXYTETRACYCLINE	0.01	159	ビキサフェン	BIXAFEN	0.4
60	オキシ銅	OXINE-COPPER	0.1	160	ピクロラム	PICLORAM	0.5
61	オキサボコナゾールフマル酸塩	OXPOCONAZOLE-FUMARATE	0.01	161	ピシクロピロン	BICYCLOPYRONE	0.04
62	オリサストロビン	ORYSASTROBIN	0.01	162	ピジフルメトフェン	PYDIFLUMETOFEN	0.6
63	オリザリン	ORYZALIN	0.01	163	ヒドrameチルノン	HYDRAMETHYLNON	0.01
64	カスガマイシン	KASUGAMYCIN	0.01	164	ピノキサデン	PINOXADEN	0.7
65	カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ	CARTAP, THIOCYCLAM, BENSULTAP	0.01	165	ピフルブミド	PYFLUBUMIDE	0.01
66	カルバリル	CARBARYL	2	166	ヒメキサゾール	HYMEXAZOL	0.02
67	カルプロバミド	CARPROPAMID	0.01	167	ピラクロストロビン	PYRACLOSTROBIN	0.2
68	カルベタミド	CARBETAMIDE	0.01	168	ピラジフルミド	PYRAZIFLUMID	0.01
69	カルボフラン	CARBOFURAN	0.01	169	ピラスルフトール	PYRASULFOTOLE	0.02
70	キンクロラック	QUINCLORAC	0.5	170	ピリオフェノン	PYRIOFENONE	1
71	クミルロン	CUMYLURON	0.01	171	ピリチオバックナトリウム塩	PYRITHIOPAC-SODIUM	0.01
72	クレソキシメチル	KRESOXIM-METHYL	0.1	172	ピリフタリド	PYRIFUTALID	0.01
73	クロキントセツメキシル	CLOQUINTOCET-MEXYL	0.1	173	ピリミカーブ	PIRIMICARB	0.05
74	クロチアニジン	CLOTHIANIDIN	0.02	174	ピリミスルファン	PYRIMISULFAN	0.01
75	クロピドール	CLOPIDOL	0.2	175	ピリミノバックメチル	PYRIMINOBAC-METHYL	0.01
76	クロピラリド	CLOPYRALID	2	176	ピレトリン	PYRETHRINS	3
77	クロフェンテジン	CLOFENTEZINE	0.01	177	ピロキサスルホン	PYROXASULFONE	0.01
78	クロマフェノジド	CHROMAFENOZIDE	0.01	178	ピンドン	PINDONE	0.001
79	クロメフロップ	CLOMEPROP	0.01	179	フェノキサスルホン	FENOXASULFONE	0.01
80	クロリダゾン	CHLORIDAZON	0.01	180	フェノキシカルブ	FENOXYCARB	0.05
81	クロルピクリン	CHLOROPICRIN	0.01	181	フェノブカルブ	FENOBUCARB	0.3
82	クロルメコート	CHLORMEQUAT	10	182	フェンチン	FENTIN	0.05
83	サフルフェナシル	SAFLUFENACIL	0.6	183	フェントラザミド	FENTRAZAMIDE	0.01
84	酸化フェンブタスズ	FENBUTATIN OXIDE	0.05	184	フェンピコキサミド	FENPICOXAMID	0.6
85	酸化プロピレン	PROPYLENE OXIDE	0.01	185	フェンメディファム	PHENMEDIPHAM	0.01
86	シアゾファミド	CYAZOFAMID	0.05	186	ブタフェナシル	BUTAFENACIL	0.02
87	シアン化水素	HYDROGEN CYANIDE	20	187	フッ化スルフリル	SULFURYL FLUORIDE	0.01
88	ジウロン	DIURON	0.7	188	ブトロキシジム	BUTROXYDJM	0.01
89	ジカンバ	DICAMBA	2	189	フラチオカルブ	FURATHIOCARB	0.01
90	シクラニリプロール	CYCLANILIPROLE	0.01	190	フラメビル	FURAMETPYR	0.01
91	シクロエート	CYCLOATE	0.01	191	フルアジナム	FLUAZINAM	0.05
92	シクロピリモレート	CYCLOPYRIMORATE	0.01	192	フルエンズルホン	FLUENSULFONE	0.08
93	ジクロルボス及びナレド	DICHLORVOS, NALSD	0.2	193	フルオルイミド	FLUOROIMIDE	0.01
94	ジクロルミド	DICHLORMID	0.01	194	フルカルバゾンナトリウム塩	FLUCARBAZONE SODIUM	0.01
95	ジクワット	DIQUAT	0.1	195	フルキサビロキサド	FLUXAPYROXAD	2
96	ジチアノ	DITHIANON	0.01	196	フルキサメタミド	FLUXAMETAMIDE	0.01
97	ジチオカルバメート	DITHIOCARBAMATES	1	197	フルセトスルフロロン	FLUCETOSULFURON	0.01
98	ジチオビル	DITHIOPYR	0.01	198	フルピリミン	FLUPYRIMIN	0.01
99	ジノカブ	DINOCAP	0.2	199	フルフェナセット	FLUFENACET	0.5
100	ジノセブ	DINOSEB	0.01	200	フルフェノクスロン	FLUFENOXURON	0.01

(試料番号⑤(フランス産))

No.	検査項目	Inspection Items	基準値等 (mg/kg)
201	フルメツラム	FLUMETSULAM	0.05
202	フルメトリン	FLUMETHRIN	0.01
203	フルリドン	FLURIDONE	0.1
204	フロクロラズ	PROCHLORAZ	2
205	フロチオコナゾール	PROTHIOCONAZOLE	0.5
206	ブロディファコウム	BRODIFACOUM	0.0005
207	プロバキザホップ	PROPAQUIZAFOP	0.01
208	プロピリスルフロン	PROPYRISULFURON	0.01
209	ブロフラニリド	BROFLANILIDE	0.01
210	フロメトキン	FLOMETOQUIN	0.01
211	フロルピラウキシフェンベンジル	FLORPYRAUXIFEN-BENZYL	0.01
212	ヘキシチアゾックス	HEXYTHIAZOX	0.01
213	ベノキサコール	BENOXACOR	0.01
214	ペブレート	PEBULATE	0.01
215	ベルメトリン	PERMETHRIN	2
216	ベンジリアデニン又はベンジルアミノプリン	BENZYLADENINE(BENZYLAMINOPRIN)	0.01
217	ベンズピリモキサン	BENZPYRIMOXAN	0.01
218	ベンゾビンジフルビル	BENZOVINDIFLUPYR	0.1
219	ベンゾフェナップ	BENZOFENAP	0.01
220	ペンフルフェン	PENFLUFEN	0.01
221	ベンフレセート	BENFURESATE	0.01
222	ボスカリド	BOSCALID	0.7
223	ホセチル	FOSETYL	0.5
224	ホルモチオン	FORMOTHION	0.01
225	マレイン酸ヒドラジド	MALEIC HYDRAZIDE	0.2
226	マンデストロビン	MANDESTROBIN	0.01
227	ミルネブ	MILNEB	0.01
228	ミルベメクチン	MILBEMECTIN	0.01
229	メントリオン	MESOTRIONE	0.01
230	メタゾール	METHAZOLE	0.01
231	メタゾスルフロン	METAZOSULFURON	0.01
232	メタフルミゾン	METAFLUMIZONE	0.01
233	メタベンズチアズロン	METHABENZTHIAZURON	0.1
234	メタミロン	METAMITRON	0.01
235	メタミホップ	METAMIFOP	0.01
236	メチオカルブ	METHIOCARB	0.05
237	メチルテトラプロール	METYL TETRAPROLE	0.01
238	メトブロムロン	METOBROMURON	0.01
239	メパニピリム	MEPANIPYRIM	0.01
240	メフェントリフルコナゾール	MEFENTRIFLUCONAZOLE	0.3
241	モノクロトホス	MONOCROTOPHOS	0.01
242	モノリニuron	MONOLINURON	0.01
243	ヨウ化メチル	METHYL IODIDE	0.01
244	ラクトフェン	LACTOFEN	0.01
245	ランコトリオンナトリウム塩	LANCOTRIONE SODIUM	0.01
246	リニuron	LINURON	0.2
247	硫化カルボニル	CARBONYL SULPHIDE	0.01
248	リン化水素	HYDROGEN PHOSPHIDE	0.1
249	ルフエヌロン	LUFENURON	0.01
250	レスメトリン	RESMETHRIN	0.05
251	レピメクチン	LEPIMECTIN	0.01
252	ワルファリン	WARFARIN	0.001
253	デオキシニバレノール	DEOXYNIVALENOL	1
254	オクラトキシンA	OCHRATOXIN A (LOD:0.0002 mg/kg、LOQ:0.002 mg/kg)	0.005(注1)
255	フモニシン	FUMONISINS(B1, B2, B3) (LOD:0.0006 mg/kg、LOQ:0.05 mg/kg)	-
256	ニバレノール	NIVALENOLE (LOD:0.005 mg/kg、LOQ:0.2 mg/kg)	-
257	ゼアラレノン	ZEARALENONE	-
258	総ヒ素	ARSENIC (LOD:0.005 mg/kg、LOQ:0.01 mg/kg)	-
259	カドミウム	CADMIUM (LOD:0.005 mg/kg、LOQ:0.01 mg/kg)	0.2(注1)
260	鉛	LEAD (LOD:0.01 mg/kg、LOQ:0.05 mg/kg)	0.2(注1)

(注1) Codex Standard 193-1995

(別紙1)

令和7年度輸入小麦に係る重金属、カビ毒及び残留農薬等検査項目リスト

(試料番号⑥(ドイツ産))

No.	検査項目	Inspection Items	基準値等 (mg/kg)	No.	検査項目	Inspection Items	基準値等 (mg/kg)
1	1,1-ジクロロ-2,2-ビス(4-エチルフェニル)エタン	1,1-DICHLORO-2,2-BIS(4-ETHYLPHENYL)ETHANE	0.01	101	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	DIHYDROSTREPTOMYCIN/ STREPTOMYCIN	0.01
2	1,3-ジクロロプロペン	1,3-DICHLOROPROPENE	0.01	102	シフルフェナミド	CYFLUFENAMID	0.3
3	1-メチルシクロプロペン	1-METHYLCYCLOPROPENE	0.01	103	ジフルフェンゾビル	DIFLUFENZOPYR	0.05
4	2-(1-ナフチル)アセタミド	2-(1-NAPHTHYL) ACETAMIDE	0.01	104	ジフルベンズロン	DIFLUBENZURON	0.05
5	2,2-DPA	2,2-DPA	0.01	105	シプロジニル	CYPRODINIL	0.5
6	2,4-DB	2,4-DB	0.02	106	シメコナゾール	SIMECONAZOLE	0.01
7	2,6-ジイソプロピルナフタレン	2,6-DIISOPROPYLNAPHTHALENE	0.01	107	ジメチリモール	DIMETHIRIMOL	0.01
8	4-アミノピリジン	4-AMINOPYRIDINE	0.01	108	臭素	BROMIDE	50
9	DBEDC	DBEDC	2	109	シラフルオフェン	SILAFLUOFEN	0.01
10	DCIP	DCIP	0.01	110	スピネトラム	SPINETORAM	0.01
11	EPN	EPN	0.01	111	スピロジクロフェン	SPIRODICLOFEN	0.01
12	Sec-ブチルアミン	Sec-BUTYLAMINE	0.01	112	スピロテトラマト	SPIROTETRAMAT	0.01
13	アシュラム	ASULAM	0.01	113	スルプロホス	SULPROFOS	0.01
14	アジンホスメチル	AZINPHOS-METHYL	0.01	114	スルホキサフロル	SULFOXAFLOL	0.4
15	アセキノシル	ACEQUINOCYL	0.01	115	セダキサン	SEDAXANE	0.01
16	アゾキシストロビン	AZOXYSTROBIN	0.3	116	ダイアレート	DI-ALLATE	0.01
17	アゾシクロチン及びシヘキサチン	AZOCYCLOTIN, CYHEXATIN	0.01	117	ダイムロン	DAIMURON	0.01
18	アニラジン	ANIRAZINE	0.01	118	ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート	DAZOMET, METAM, METHYL-ISOTHIOCYANATE	0.01
19	アニロホス	ANILOFOS	0.01	119	ダミノジッド	DAMINOZIDE	N.D.
20	アフィドプロベン	AFIDOPYROPEN	0.2	120	チアクロプリド	THIACLOPRID	0.1
21	アミスルブロム	AMISULBROM	0.01	121	チアジニル	TIADINIL	0.01
22	アミトロール	AMITROLE	0.01	122	チアゾビル	THIAZOPYR	0.01
23	アミノエトキシビニルグリシン	AMINOETHOXYVINYLGLYCINE	0.01	123	チアムリン	TIAMULIN	0.01
24	アミノシクロピラクロル	AMINOCYCLOPYRACHLOR	0.01	124	チアメトキサム	THIAMETHOXAM	0.05
25	アミノピラリド	AMINOPYRALID	0.04	125	チエンカルバゾンメチル	THIENCARBAZONE-METHYL	0.01
26	アラマイト	ARAMITE	0.01	126	チフェンスルフロロン	THIFENSULFURON	0.01
27	アルジカルブ及びアルドキシカルブ	ALDICARB, ALDOXYCARB	0.02	127	テクロフラタム	TECLOFTALAM	0.01
28	アレスリン	ALLETHRIN	0.01	128	テトラニリプロール	TETRANILIPROLE	0.01
29	イソキサフルトール	ISOXAFLUTOLE	0.01	129	テブコナゾール	TEBUCONAZOLE	2
30	イソチアニル	ISOTIANIL	0.01	130	テブチウロン	TEBUTHIURON	0.01
31	イソピラザム	ISOPYRAZAM	0.2	131	テブフェノジド	TEBUFENOZIDE	0.01
32	イソフェンホス	ISOFPENPHOS	0.01	132	テブフロキン	TEBUFLOGIN	0.01
33	イソフェタミド	ISOFETAMID	0.01	133	テフルリトリオン	TEFURLYTRIONE	0.01
34	イナベンフィド	INABENFIDE	0.01	134	テフルベンズロン	TEFLUBENZURON	0.01
35	イプフルフェノキン	IPFLUFENOQUIN	0.01	135	デメトン-S-メチル	DEMETON-S-METHYL	0.4
36	イプロバリカルブ	IPROVALICARB	0.01	136	トリアファモン	TRIAFAMONE	0.01
37	イマザピク	IMAZAPIC	0.05	137	トリクロロ酢酸ナトリウム塩	SODIUM TCA	0.01
38	イマザビル	IMAZAPYR	0.05	138	トリチコナゾール	TRITICONAZOLE	0.04
39	イマザメタベンズメチルエステル	IMAZAMETHABENZ METHYL ESTER	0.01	139	トリデモルフ	TRIDEMORPH	0.05
40	イマザモックスアンモニウム塩	IMAZAMOX-AMMONIUM	0.2	140	トリフルムロン	TRIFLUMURON	0.05
41	イマザリル	IMAZALIL	0.01	141	トリフルメゾピリム	TRIFLUMEZOPYRIM	0.01
42	イマゼタビルアンモニウム塩	IMAZETHAPYR AMMONIUM	0.05	142	トルピラレート	TOLPYRALATE	0.01
43	イミダクロプリド	IMIDACLOPRID	0.2	143	トルプロカルブ	TOLPROCARB	0.01
44	イミノクタジン	IMINOCTADINE	0.09	144	ナフタロホス	NAPHTHALOPHOS	0.01
45	イミベンコナゾール	IMBENCONAZOLE	0.01	145	二塩化エチレン	ETHYLENE DICHLORIDE	0.06
46	インダノファン	INDANOFAN	0.05	146	ニコチン	NICOTINE	0.01
47	インドキサカルブ	INDOXACARB	0.01	147	二臭化エチレン	ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	0.1
48	インビルフルキサム	INPYRFLUXAM	0.6	148	ニトラピリン	NITRAPYRIN	0.1
49	エタボキサム	ETHABOXAM	0.01	149	ニトロタールイソプロピル	NITROTAL-ISOPROPYL	0.01
50	エテホン	ETHEPHON	2	150	ニルフェノールスルホン酸銅	COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	0.04
51	エトキシキン	ETHOXYQUIN	0.01	151	ノバルロン	NOVALURON	0.01
52	塩酸ホルメタネート	FORMETANATE HYDROCHLORIDE	0.01	152	ノルフルラゾン	NORFLURAZON	0.01
53	エンドタル	ENDOTHAL	0.01	153	バーバン	BARBAN	0.01
54	オキサジアルギル	OXADJARGYL	0.01	154	パラコート	PARAQUAT	0.02
55	オキサジクロメホン	OXAZICLOMEFONE	0.01	155	バリダマイシン	VALIDAMYCIN	0.01
56	オキサゾスルフィル	OXAZOSULFYL	0.01	156	パルベンダゾール	PARBENDAZOLE	0.01
57	オキサチアピプロリン	OXATHIAPIPROLIN	0.01	157	ビアラホス	BIANAFOS(BIALAPHOS)	0.004
58	オキサベトリニル	OXABETRINIL	0.01	158	ピカルブトラゾクス	PICARBUTRAZOX	0.01
59	オキシテトラサイクリン	OXYTETRACYCLINE	0.01	159	ピキサフェン	BIXAFEN	0.4
60	オキシ銅	OXINE-COPPER	0.1	160	ピクロラム	PICLORAM	0.5
61	オキサボコナゾールフマル酸塩	OXPOCONAZOLE-FUMARATE	0.01	161	ピシクロピロン	BICYCLOPYRONE	0.04
62	オリサストロビン	ORYSASTROBIN	0.01	162	ピジフルメトフェン	PYDIFLUMETOFEN	0.6
63	オリザリン	ORYZALIN	0.01	163	ヒドrameチルノン	HYDRAMETHYLNON	0.01
64	カスガマイシン	KASUGAMYCIN	0.01	164	ピノキサデン	PINOXADEN	0.7
65	カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ	CARTAP, THIOCYCLAM, BENSULTAP	0.01	165	ピフルブミド	PYFLUBUMIDE	0.01
66	カルバリル	CARBARYL	2	166	ヒメキサゾール	HYMEXAZOL	0.02
67	カルプロバミド	CARPROPAMID	0.01	167	ピラクロストロビン	PYRACLOSTROBIN	0.2
68	カルベタミド	CARBETAMIDE	0.01	168	ピラジフルミド	PYRAZIFLUMID	0.01
69	カルボフラン	CARBOFURAN	0.01	169	ピラスルフトール	PYRASULFOTOLE	0.02
70	キンクロラック	QUINCLORAC	0.5	170	ピリオフェノン	PYRIOFENONE	1
71	クミルロン	CUMYLURON	0.01	171	ピリチオバックナトリウム塩	PYRITHIOPAC-SODIUM	0.01
72	クレソキシメチル	KRESOXIM-METHYL	0.1	172	ピリフタリド	PYRIFUTALID	0.01
73	クロキントセツメキシル	CLOQUINTOCET-MEXYL	0.1	173	ピリミカーブ	PIRIMICARB	0.05
74	クロチアニジン	CLOTHIANIDIN	0.02	174	ピリミスルファン	PYRIMISULFAN	0.01
75	クロピドール	CLOPIDOL	0.2	175	ピリミノバックメチル	PYRIMINOBACK-METHYL	0.01
76	クロピラリド	CLOPYRALID	2	176	ピレトリン	PYRETHRINS	3
77	クロフェンテジン	CLOFENTEZINE	0.01	177	ピロキサスルホン	PYROXASULFONE	0.01
78	クロマフェノジド	CHROMAFENOZIDE	0.01	178	ピンドン	PINDONE	0.001
79	クロメフロップ	CLOMEPROP	0.01	179	フェノキサスルホン	FENOXASULFONE	0.01
80	クロリダゾン	CHLORIDAZON	0.01	180	フェノキシカルブ	FENOXYCARB	0.05
81	クロルピクリン	CHLOROPICRIN	0.01	181	フェノブカルブ	FENOBUCARB	0.3
82	クロルメコート	CHLORMEQUAT	10	182	フェンチン	FENTIN	0.05
83	サフルフェナシル	SAFLUFENACIL	0.6	183	フェントラザミド	FENTRAZAMIDE	0.01
84	酸化フェンブタズ	FENBUTATIN OXIDE	0.05	184	フェンピコキサミド	FENPICOXAMID	0.6
85	酸化プロピレン	PROPYLENE OXIDE	0.01	185	フェンメディファム	PHENMEDIPHAM	0.01
86	シアゾファミド	CYAZOFAMID	0.05	186	ブタフェナシル	BUTAFENACIL	0.02
87	シアン化水素	HYDROGEN CYANIDE	20	187	フッ化スルフリル	SULFURYL FLUORIDE	0.01
88	ジウロン	DIURON	0.7	188	ブトロキシジム	BUTROXYDJM	0.01
89	ジカンバ	DICAMBA	2	189	フラチオカルブ	FURATHIOCARB	0.01
90	シクラニリプロール	CYCLANILIPROLE	0.01	190	フラメビル	FURAMETPYR	0.01
91	シクロエート	CYCLOATE	0.01	191	フルアジナム	FLUAZINAM	0.05
92	シクロピリモレート	CYCLOPYRIMORATE	0.01	192	フルエンズルホン	FLUENSULFONE	0.08
93	ジクロルボス及びナレド	DICHLORVOS, NALSD	0.2	193	フルオルイミド	FLUOROIMIDE	0.01
94	ジクロルミド	DICHLORMID	0.01	194	フルカルバゾンナトリウム塩	FLUCARBAZONE SODIUM	0.01
95	ジクワット	DIQUAT	0.1	195	フルキサビロキサド	FLUXAPYROXAD	2
96	ジチアノ	DITHIANON	0.01	196	フルキサメタミド	FLUXAMETAMIDE	0.01
97	ジチオカルバメート	DITHIOCARBAMATES	1	197	フルセトスルフロロン	FLUCETOSULFURON	0.01
98	ジチオビル	DITHIOPYR	0.01	198	フルピリミン	FLUPYRIMIN	0.01
99	ジノカブ	DINOCAP	0.2	199	フルフェナセット	FLUFENACET	0.5
100	ジノセブ	DINOSEB	0.01	200	フルフェノクスロン	FLUFENOXURON	0.01

(試料番号⑥(ドイツ産))

No.	検査項目	Inspection Items	基準値等 (mg/kg)
201	フルメツラム	FLUMETSULAM	0.05
202	フルメトリン	FLUMETHRIN	0.01
203	フルリドン	FLURIDONE	0.1
204	フロクロラズ	PROCHLORAZ	2
205	プロチオコナゾール	PROTHIOCONAZOLE	0.5
206	ブロディファコウム	BRODIFACOUM	0.0005
207	プロバキザホップ	PROPAQUIZAFOP	0.01
208	プロピリスルフロン	PROPYRISULFURON	0.01
209	ブロフラニリド	BROFLANILIDE	0.01
210	フロメトキン	FLOMETOQUIN	0.01
211	フロルピラウキシフェンベンジル	FLORPYRAUXIFEN-BENZYL	0.01
212	ヘキシチアゾックス	HEXYTHIAZOX	0.01
213	ベノキサコール	BENOXACOR	0.01
214	ペブレート	PEBULATE	0.01
215	ベルメトリン	PERMETHRIN	2
216	ベンジリアデニン又はベンジルアミノプリン	BENZYLADENINE(BENZYLAMINOPRIN)	0.01
217	ベンズピリモキサン	BENZPYRIMOXAN	0.01
218	ベンゾビンジフルビル	BENZOVINDIFLUPYR	0.1
219	ベンゾフェナップ	BENZOFENAP	0.01
220	ペンフルフェン	PENFLUFEN	0.01
221	ベンフレセート	BENFURESATE	0.01
222	ボスカリド	BOSCALID	0.7
223	ホセチル	FOSETYL	0.5
224	ホルモチオン	FORMOTHION	0.01
225	マレイン酸ヒドラジド	MALEIC HYDRAZIDE	0.2
226	マンデストロビン	MANDESTROBIN	0.01
227	ミルネブ	MILNEB	0.01
228	ミルベメクチン	MILBEMECTIN	0.01
229	メソトリオン	MESOTRIONE	0.01
230	メタゾール	METHAZOLE	0.01
231	メタゾスルフロン	METAZOSULFURON	0.01
232	メタフルミゾン	METAFLUMIZONE	0.01
233	メタベンズチアズロン	METHABENZTHIAZURON	0.1
234	メタミロン	METAMITRON	0.01
235	メタミホップ	METAMIFOP	0.01
236	メチオカルブ	METHIOCARB	0.05
237	メチルテトラプロール	METYL TETRAPROLE	0.01
238	メトブロムロン	METOBROMURON	0.01
239	メパニピリム	MEPANIPYRIM	0.01
240	メフェントリフルコナゾール	MEFENTRIFLUCONAZOLE	0.3
241	モノクロトホス	MONOCROTOPHOS	0.01
242	モノリニuron	MONOLINURON	0.01
243	ヨウ化メチル	METHYL IODIDE	0.01
244	ラクトフェン	LACTOFEN	0.01
245	ランコトリオンナトリウム塩	LANCOTRIONE SODIUM	0.01
246	リニuron	LINURON	0.2
247	硫化カルボニル	CARBONYL SULPHIDE	0.01
248	リン化水素	HYDROGEN PHOSPHIDE	0.1
249	ルフェヌロン	LUFENURON	0.01
250	レスメトリン	RESMETHRIN	0.05
251	レピメクチン	LEPIMECTIN	0.01
252	ワルファリン	WARFARIN	0.001
253	デオキシニバレノール	DEOXYNIVALENOL	1
254	オクラトキシンA	OCHRATOXIN A (LOD:0.0002 mg/kg、LOQ:0.002 mg/kg)	0.005(注1)
255	フモニシン	FUMONISINS(B1, B2, B3) (LOD:0.0006 mg/kg、LOQ:0.05 mg/kg)	-
256	ニバレノール	NIVALENOLE (LOD:0.005 mg/kg、LOQ:0.2 mg/kg)	-
257	ゼアラレノン	ZEARALENONE	-
258	総ヒ素	ARSENIC (LOD:0.005 mg/kg、LOQ:0.01 mg/kg)	-
259	カドミウム	CADMIUM (LOD:0.005 mg/kg、LOQ:0.01 mg/kg)	0.2(注1)
260	鉛	LEAD (LOD:0.01 mg/kg、LOQ:0.05 mg/kg)	0.2(注1)

(注1) Codex Standard 193-1995

別紙1別表

定 量 下 限 値

検査項目	定量下限値 (ppm)
2,4,5-T	0.01
エンドリン	0.005
カプタホール	0.01
ダミノジッド	0.1
プロファム	0.01

別紙 2

令和 7 年度輸入小麦に係る重金属、カビ毒及び残留農薬等検査業務に係る検査用試料

試料点数：6 点

採取予定：

- ① アメリカ産ソフト・レッド・ウィンター (SRW)
- ② アメリカ産ハード・レッド・ウィンター（セミ・ハード） (HRW (SH))
- ③ オーストラリア産ソフト 1 等 (SFT1)
- ④ オーストラリア産オーストラリア・ハード 1 等 (AH1)
- ⑤ フランス産小麦（たん白含有率 10%以下のもの）
- ⑥ ドイツ産小麦（たん白含有率 12%以上のもの）

別紙 3

環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書

以下のア～オの取組について、実施状況を報告します。

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。

具体的な事項	実施した／努めた	左記非該当
・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する（もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する）。	☐	☐
・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。	☐	☐
・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して（農薬の使用基準等を遵守して）作られたものを調達することに努めている。	☐	☐
・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。	☐	☐
・その他（ ）		

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由（ ）

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等）の実施に努める。

具体的な事項	実施した／努めた	左記非該当
・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。	☐	☐
・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。	☐	☐

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。	☐	☐
・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。	☐	☐
・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。	☐	☐
・その他（ ）		

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由（ ）

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。

具体的な事項	実施した／努めた	左記非該当
・臭気が発生する可能性がある機械・設備（食品残さの処理や堆肥製造等）を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。	☐	☐
・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努めている。	☐	☐
・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に清掃を行うことに努めている。	☐	☐
・その他（ ）		

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由（ ）

エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。

具体的な事項	実施した／努めた	左記非該当
・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。	☐	☐
・資源のリサイクルに努めている（リサイクル事業者に委託することも可）。	☐	☐

・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。	☐	☐
・その他（ ）	☐	☐

- ・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由（ ）

オ みどり戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。

具体的な事項	実施した／努めた	左記非該当
・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書 一民間事業者・自治体等編－」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。	☐	☐
・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。	☐	☐
・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。	☐	☐
・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実施するように努めている。	☐	☐
・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。	☐	☐
・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。	☐	☐
・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。	☐	☐
・その他（ ）	☐	☐

- ・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由（ ）